



# MANUAL DIRECTIVO CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

## **CALIBRACION DE EQUIPOS – ROL DIRECTIVO ADMINISTRATIVO**

Quienes realizan la configuración y/o calibración de equipos son los roles Directivos y Administrativos para que los médicos profesionales realicen la verificación diaria, quincenal, o trimestral.



Bienvenido/a Alexander Romer



Para configurar los equipos,  
se debe dar clic en:  
Administración centro –  
Configurar equipos – Agregar  
equipo



- Caja Centro
- Mantenimiento de equipos
- Revisión por la dirección
- Gestión humana
- Configurar equipos

- Agregar equipo
- Agregar certificado de calibración
- Rangos de aprobación

Están por vencerse 6 documentos:



- Documento: 4-certificado-tecnico-en-asistencia-administrativa-1-638.jpg Fecha de vigencia: 25/06/2018 12:00:00
- Documento: 15189 Plan Transici ONAC 2014-02-20.pdf Fecha de vigencia: 30/06/2018 12:00:00 a.m..
- Documento: fosyga.pdf Fecha de vigencia: 31/05/2018 12:00:00 a.m..
- Documento: ServesHawk-Eye.jpg Fecha de vigencia: 9/06/2018 12:00:00 a.m..
- Documento: fosyga.pdf Fecha de vigencia: 9/06/2018 12:00:00 a.m..
- Documento: PAYNET-GATEWAY-AI002 - Acuerdo de interfaz IPaynetGwServiceContingencia v1.pdf Fecha de vigencia: 29/06/2018 12:00:00 a.m..

Ir a Gestión de Calidad

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Equipos biomédicos

Equipos biomédicos

Equipo\*:  Modelo:  Serial\*:  Marca:

Referencia:   Requiere verificación diaria:  Requiere Calibración:

Rol que realiza la verificación diaria\*:  Nombre de quien realiza la verificación:  Próxima fecha de calibración\*:

Se debe diligenciar el formulario por cada equipo biomédico a configurar.

← Recuerde que los campos marcados con el signo (\*) son obligatorios

activo inactivo

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Requiere verificación diaria	Rol que realiza la verificación	Usuario que realiza la verificación	Próxima fecha calibración	Requiere Calibración	Vigencia Calibración	Inactivar
AUDIOMETRO	123456987	Samsung	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ANU	
BASCULA	12365478	Etekoit y	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Médico		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	
CABINA	12365479	Aome	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Psicólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	SEM	
VISIOMETRO	12365480	Keystone	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Óptica		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	
AUDIOMETRO	231456789	Sony	6569454	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo	Juan Cuadrado Bello	8/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	456555	

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Equipos biomédicos

Selección

Equipos biomédicos

Otros equipos

Se debe seleccionar la clase de equipos médicos a configurar: Equipos Biomédicos u Otros

Equipo\*

Seleccione...

Modelo:

Serial\*:

Marca:

Referencia:

Requiere verificación diaria:

Requiere Calibración

Intervalo de calibración

Rol que realiza la verificación diaria\*:

Seleccione...

Nombre de quien realiza la verificación:

Seleccione...

Proxima fecha de calibración\*

26

Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Equipos biomédicos

Equipos biomédicos

Equipo\*: **AUDIOMETRO**

Modelo:

Serial\*:

Marca:

Intervalo de calibración:

Requiere verificación diaria:  Requiere Calibración

Nombre de quien realiza la verificación:

Proxima fecha de calibración\*:  26

Inactivo

Al seleccionar los equipos biomédicos, se debe ingresar la información correspondiente al tipo de equipo, el modelo, número de serial; marca y referencia.

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Requiere verificación diaria	Rol que realiza la verificación	Usuario que realiza la verificación	Proxima fecha calibración	Requiere Calibración	Vigencia Calibración	Inactivar
AUDIOMETRO	123456987	Samsung	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ANU	
BASCULA	12365478	Etectcity	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Médico		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	
CABINA	12365479	Acme	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Psicólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	SEM	
VISIOMETRO	12365480	Keystone	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Optómetra		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	
AUDIOMETRO	2314sdfd#324	Sony	6569454	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo	Juan Cuadrado Bello	8/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	456565	

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Equipos biomédicos

Equipos biomédicos:

Equipo\*:  Modelo:  Serial\*:  Marca:

Referencia:   Requiere verificación diaria:  Requiere Calibración:  Intervalo de calibración

Rol que realiza la verificación diaria\*:  Nombre de quien realiza la verificación:  Proxima fecha de calibración\*:

A continuación se debe diligenciar la referencia, indicar si el equipo requiere verificación diaria. Si requiere calibración y el intervalo de calibración.

Activo

Inactivo

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Requiere verificación diaria	Rol que realiza la verificación	Usuario que realiza la verificación	Proxima fecha calibración	Requiere Calibración	Vigencia Calibración	Inactivar
AUDIOMETRO	123456987	Samsung	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ANU	
BASCULA	12365478	Etecity	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Médico		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Equipos biomédicos

Equipos biomédicos

Equipo\*:

AUDIOMETRO

Modelo:

6569454

Serial\*:

2314sdfdf324

Marca:

Sony

Referencia:

565893243

Requiere verificación diaria:

Requiere Calibración

Intervalo:

45656

Rol que realiza la verificación diaria\*:

Fonoaudiólogo

Nombre de quien realiza la verificación:

Juan Cuadrado Bello

Proxima fecha de calibración\*

08/07/2018

26

Adicionalmente se debe ingresar el rol médico que realiza la verificación, se debe indicar el nombre de quien realiza la verificación y la próxima fecha de calibración.



### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Equipos biomédicos

Equipos biomédicos

Equipo\*:

AUDIOMETRO

Modelo:

6569454

Serial\*:

2314sdfdf324

Marca:

Sony

Referencia:

565893243

Requiere verificación diaria:

Requiere Calibración

Interva:

45656

Rol que realiza la verificación diaria\*:

Fonoaudiólogo

Nombre de quien realiza la verificación:

Juan Cuadrado Bello

Proxima fecha de calibración\*

08/07/2018

26

Para agregar la configuración del tipo de equipo, se debe dar clic en la parte inferior derecha, en el icono '+'



Capture Rectangular Region <Ctrl+PrtSc>

Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Equipos biomédicos

Equipos biomédicos:

Equipo\*:  Modelo:  Serial\*:  Marca:

Referencia:   Requiere verificación diaria:  Requiere Calibración:

Rol que realiza la verificación diaria\*:  Nombre de quien realiza la verificación:  Próxima fecha de calibración\*:

Activo	Inactivo													
Equipo	Serial	Marca	Modelo	Requiere verificación diaria	Rol que realiza la verificación	Usuario que realiza la verificación	Próxima fecha calibración	Requiere Calibración	Vigencia Calibración	Inactivar				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AUDIOMETRO	123456789	Samsung	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo	Juan Cuadrado Belo	1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ANU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BASCULA	12365478	Etekoit y	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Médico	Juan Cuadrado Belo	1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CABINA	12365479	Acme	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Psicólogo	Juan Cuadrado Belo	1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	SEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VISIOMETRO	12365480	Keystone	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Óptico	Juan Cuadrado Belo	1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AUDIOMETRO	2314sd1df324	Sony	6569454	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo	Juan Cuadrado Belo	8/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	45555	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En la tabla se visualizan las configuraciones realizadas.

Capture Rectangular Region <Ctrl+PrtSc>

Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Equipos biomédicos

Equipos biomédicos:

Equipo\*:  Modelo:  Serial\*:  Marca:

Referencia:   Requiere verificación diaria:  Requiere Calibración:  Intervalo de calibración:

Rol que realiza la verificación diaria\*:  Nombre de quien realiza la verificación:  Próxima fecha de calibración\*:  26

Activo Inactivo

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Requiere verificación diaria	Rol que realiza la verificación	Usuario que realiza la verificación	Próxima fecha calibración	Requiere Calibración	Vigencia Calibración	Inactivar
AUDIOMETRO	123456789	Samsung	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ANU	
BASCULA	12365478	Etekoit y	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Médico		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	
CABINA	12365478	Acme	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Psicólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	SEM	
VISIOMETRO	12365480	Keystone	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Óptico		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	
AUDIOMETRO	2314sd1df324	Sony	6589454	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo	Juan Cuadrado Bello	8/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	45555	

Por medio de los siguientes iconos se puede activar, editar y eliminar un equipo biomédico

Equipos biomédicos:

Equipo\*:  Modelo:  Serial\*:  Marca:

Referencia:   Requiere verificación diaria:  Requiere Calibración:

Rol que realiza la verificación diaria\*:  Nombre de quien realiza la verificación:  Próxima fecha de calibración\*:

Activo Inactivo

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Requiere verificación diaria	Rol que realiza la verificación	Usuario que realiza la verificación	Próxima fecha calibración	Requiere Calibración	Vigencia Calibración	Inactivar
AUDIOMETRO	123456789	Samsung	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ANU	
BASCULA	12365478	Etékoit y	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Médico		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	
CABINA	12365479	Acme	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Psicólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	SEM	
VISIOMETRO	12365480	Keystone	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Óptica		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	
AUDIOMETRO	2314sdfsf324	Sony	6509454	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo	Juan Cuadrado Belo	8/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	456565	

**Borrar registro:** Para borrar un registro de equipo se debe seleccionar el icono de la 'x'

Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Equipos biomédicos

Equipos biomédicos:

Equipo\*:  Modelo:  Serial\*:  Marca:

Referencia:   Requiere verificación diaria:  Requiere Calibración:

Rol que realiza la verificación diaria\*:  Nombre de quien realiza la verificación:  Próxima fecha de calibración\*:  26

Activo Inactivo

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Requiere verificación diaria	Rol que realiza la verificación	Usuario que realiza la verificación	Próxima fecha calibración	Requiere Calibración	Vigencia Calibración	Inactivar	
AUDIOMETRO	123456 997	Samsu ng	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ANU		
BASCULA	123654 78	Etekoit y	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Médico		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI		
CABINA	123654 79	Acme	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Psicólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	SEM		
VISIOMETRO	123654 80	Keysto ne	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Óptico		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI		
AUDIOMETRO	2314sd 1df324	Sony	6569454	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo	Juan Cuadrado Bello	8/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	456565		

**Editar registro:** Para editar un registro, se debe dar clic sobre el icono del Lápiz.

Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Equipos biomédicos

Equipos biomédicos:

Equipo\*: **AUDIOMETRO** Modelo: **6589454** Serial\*: **2314sd1df324** Marca: **Sony**

Referencia: **555893243**  Requiere verificación diaria:  Requiere Calibración: **455555**

Rol que realiza la verificación diaria\*: **Fonoaudiólogo** Nombre de quien realiza la verificación: **Juan Cuadrado Bello** Proxima fecha de calibración\*: **08/07/2018** **26**

Activo Inactivo

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Requiere verificación diaria	Rol que realiza la verificación	Usuario que realiza la verificación	Proxima fecha calibración	Requiere Calibración	Vigencia Calibración	Inactivar
AUDIOMETRO	123456789	Samsung	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ANU	
BASCULA	12365478	Etékol y	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Médico		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	
CABINA	12365478	Acme	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Psicólogo		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	SEM	
VISIOMETRO	12365480	Keystone	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Óptico		1/01/0001	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI	
AUDIOMETRO	2314sd1df324	Sony	6589454	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo	Juan Cuadrado Bello	8/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	455555	

Dando clic aquí se activará o inactivará un registro

Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Equipos biomédicos

Equipos biomédicos

Equipo\*: **AUDIOMETRO** Modelo: **6509454** Serial\*: **2314actof324** Marca: **Sony**

Referencia: **55533243**  Requiere verificación diaria.  Requiere Calibración. Intervalo: **45555**

Rol que realiza la verificación para\*: **Fonoaudiólogo** Nombre de quien realiza la verificación: **Juan Cuadrado Bello** Próxima fecha de calibración\*: **08-07-2018** **36**

¿Está seguro de querer Desactivar este Equipo?

**Aceptar** Cancelar



Aparecerá un mensaje donde pregunta si está seguro de querer inactivar este equipo, al dar clic en aceptar, el equipo se mostrará en la pestaña de 'inactivos'.

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Requiere verificación diaria	Rol que realiza la verificación	Usuario que realiza la verificación	Próxima fecha de calibración	Intervalo	Estado	Acciones
AUDIOMETRO	123456 997	Samsa ng	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo				Activo	
BASCULA	123054 78	Elekot y	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Médico				Activo	
CABINA	123054 78	Acme	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Psicólogo		1/01/0001		Inactivo	
VISIONMETRO	123054 80	Keysto ne	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Óptico		1/01/0001		Inactivo	
AUDIOMETRO	2314actof324	Sony	6509454	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonoaudiólogo	Juan Cuadrado Bello	8/07/2018	45555	Activo	

## **AGREGAR OTROS EQUIPOS**

También se podrán agregar otro tipo de equipos, donde se establecerán las verificaciones correspondientes como en los equipos biomédicos.

En esta ocasión se deberá seleccionar la opción 'Otros Equipos'.





### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Otros equipos

Seleccione

Equipos biomédicos

Otros equipos

Equipo\*:

Modelo:

Serial\*:

Marca:

Referencia

Seleccione...

Activo

Inactivo

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Inactivar
--------	--------	-------	--------	-----------

CÁMARAS	4894RWED	Kingstom	214E214	
---------	----------	----------	---------	--



Seleccionar la opción 'Otros Equipos.'

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Otros equipos

Otros equipos de computo

Equipo\*:

Modelo:

Serial\*:

Marca:

Referencia:

Seleccione...

Seleccione...

- AVL
- BATERÍA PSICOMOTRIZ
- CÁMARAS
- EPAD
- ESCÁNER
- HUELLERO
- PC

Se visualizarán los siguientes equipos para agregar.



Kingstom

214E214



Inactivar

Inicio » Configuración » Centros » Nuevo Centro

Inicio » Configuración » Centros » Nuevo Centro

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Otros equipos

Otros equipos de computo

Equipo\*:

Modelo:

Serial\*:

Marca:

Referencia:

CÁMARAS

214E214




4894RWED

Kingstom

4547891244

Activo

Inactivo

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Inactivar
CÁMARAS	4894RWED	Kingstom	214E214	  

Se requiere agregar el modelo, serial, marca y referencia del equipo a configurar.

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Otros equipos

Otros equipos de computo

Equipo\*:

Modelo:

Serial\*:

Marca:

Referencia:

CÁMARAS

214E214

4894RWED

Kingstom

4547891244

Activo

Inactivo

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Inactivar
CÁMARAS	4894RWED	Kingstom	214E214	  



Para agregar el equipo se debe dar clic sobre el icono '+'

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Otros equipos

Otros equipos de computo

Equipo\*:

Modelo:

Serial\*:

Marca:

Referencia:

CÁMARAS

214E214




4894RWED

Kingstom

4547891244

Activo

Inactivo

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Inactivar
CÁMARAS	4894RWED	Kingstom	214E214	  

Se visualizará en la pestaña "Activo" el equipo agregado

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Otros equipos

Otros equipos de computo

Equipo\*

Modelo:

Serial\*:

Marca:

Referencia:

CÁMARAS

214E214

4894RWED

Kingstom

4547891244

Activo

Inactivo

Equipo	Serial	Marca	Modelo	Inactivar
CÁMARAS	4894RWED	Kingstom	214E214	

Se cuenta con opciones de inactivar, editar y eliminar el registro de un equipo

## **AGREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Diríjase a la pestaña de Administración Centro donde se desplegarán las opciones.



Bienvenido/a Alexander Romero



- Caja Centro
- Mantenimiento de equipos
- Revisión por la dirección
- Gestión humana
- Configurar equipos
- Agregar equipo
- Agregar certificado de calibración
- Rangos de aprobación

Selección la opción Configurar equipos - Agregar certificado de calibración

Están por vencerse 6 documentos:



- Documento: 4-certificado-tecnico-en-asistencia-administrativa-1-638.jpg Fecha de vigencia: 25/06/2018 12:00:00 a.m..
- Documento: 15189 Plan Transici ONAC 2014-02-20.pdf Fecha de vigencia: 30/06/2018 12:00:00 a.m..
- Documento: fosyga.pdf Fecha de vigencia: 31/05/2018 12:00:00 a.m..
- Documento: ServesHawk-Eye.jpg Fecha de vigencia: 9/06/2018 12:00:00 a.m..
- Documento: fosyga.pdf Fecha de vigencia: 9/06/2018 12:00:00 a.m..
- Documento: PAYNET-GATEWAY-AI002 - Acuerdo de interfaz IPaynetGwServiceContingencia v1.pdf Fecha de vigencia: 29/06/2018 12:00:00 a.m..

Ir a Gestión de Calidad




### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

#### Certificados de Calibración Centro Medico

Equipo\*:  
Seleccione... Serial\*: Seleccione...

Confirmación metrológica: Seleccione ... Entidad:

Fecha Calibración\*:  26  
Certificado Calibración\*:  Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.   
Tamaño máximo: 2MB

#### Certificados Adjuntos

Activo

Inactivo

No hay Certificados de Calibración adjuntos

Los certificados de calibración de equipos son documentos, con los cuales se establecen medidas para la instalación y verificación de equipos biomédicos, y o de cómputo.



## Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

### Certificados de Calibración Centro Medico

Equipo\*:  
Seleccione...  
Seleccione...  
AUDIOMETRO  
BASCUA O BALANZA  
CABINA  
VISIOMETRO

Serial\*  
E...  
Certific...  
Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.

Seleccione el equipo sobre el cual se agregará el certificado de calibración.

### Certificados Adjuntos

Activo

Inactivo

No hay Certificados de Calibración adjuntos

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

#### Certificados de Calibración Centro Medico

Equipo\*:  
AUDIOMETRO

Serial\*:

123456987

Seleccione...

123456987

2314sdfdf324

Seleccione el serial del equipo biomédico.

Confirmación metrológica  
Seleccione ...

Entidad:

Fecha Calibración\*:

26

Certificado Calibración\*:

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

Tamaño máximo: 2MB

#### Certificados Adjuntos

Activo

Inactivo

No hay Certificados de Calibración adjuntos.

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

#### Certificados de Calibración Centro Medico

Equipo\*:  
AUDIOMETRO

Serial\*:  
123456987

Confirmación metrológica

- Seleccione ...
- Seleccione ...
- Cumple**
- No cumple

Entidad:

C

Exami

Tamaño m

Seleccione la opción cumple o no cumple en el ítem "Confirmación metrológica"

#### Certificados Adjuntos

Activo

Inactivo

No hay Certificados de Calibración adjuntos

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

#### Certificados de Calibración Centro Medico

Equipo\*:  Serial\*:

Confirmación metrológica:  Entidad:

Fecha Calibración\*:   Certificado Calibración\*:  No se ha seleccionado

Tamaño máximo: 2MB

#### Certificados Adjuntos

Activo

Inactivo

No hay Certificados de Calibración adjuntos

Carga de archivos

Este equipo > Descargas

Organizar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modifica...
Calibracion Certificado.pdf	7/07/2018 1:37
Escaner (2).pdf	

Nombre de archivo: Escaner (2).pdf

Todos los archivos (\*.\*)

El botón examinar, es posible adjuntar el documento de calibración

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

#### Certificados de Calibración Centro Medico

Equipo\*:  
AUDIOMETRO Serial\*: 123456987

Confirmación metrológica: No cumple Entidad: ASDADF

Fecha Calibración\*: 07/07/2018 Certificado Calibración\*: Examinar... Calibracion Certificado.pdf  
Tamaño máximo: 2MB



Para agregar el documento se debe dar clic sobre el icono “+”

#### Certificados Adjuntos

Activo Inactivo

No hay Certificados de Calibración adjuntos

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

El registro de calibración de equipos ha sido creado correctamente

El sistema emitirá un mensaje de cargue exitoso

#### Certificados de Calibración Centro Medico

Equipo\*:

Seleccione...



Serial\*:

Seleccione...

Confirmación metrológica

Seleccione ...



Entidad:

Fecha Calibración\*:

26

Certificado Calibración\*:

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.



Tamaño máximo: 2MB

#### Certificados Adjuntos

Activo

Inactivo

Equipo	Serial	Fecha Calibración	Fecha Vigencia	Nombre Archivo	Entidad	Conf. Metrológica
AUDIOMETRO	123456987	07/07/2018	07/07/2019	Calbraccion Certificado.pdf	ASDADF	No cumple

## Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

El registro de calibración de equipos ha sido creado correctamente

### Certificados de Calibración Centro Medico

Equipo\*:

Seleccione...

Serial\*:

Seleccione...

Confirmación metrológica

Seleccione ...

Entidad:

Certificado Calibración\*:

Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.

Fecha Calibración\*:


26

Tamaño máximo: 2MB

### Certificados Adjuntos

Activo

Inactivo

Equipo	Serial	Fecha Calibración	Fecha Vigencia	Nombre Archivo	Entidad	Conf. Metrológica
AUDIOMETRO	123456987	07/07/2018	07/07/2019	Calibracion Certificado.pdf	ASDADF	No cumple 

Se podrá borrar el registro de calibración dando clic en el icono de la 'x'



## RANGOS DE APROBACION

Son criterios que se establecen por los directivos y/o administrativos del centro, donde la información que contiene cada equipo será el rango que se crea en el campo de texto.



### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Rangos de aprobación:

Examen:

Seleccione...

Rich text editor toolbar with options like Bold, Italic, Underline, Bulleted List, Numbered List, Size, Font, and various icons.

Caja Centro

Mantenimiento de equipos

Revisión por la dirección

Gestión humana

Configurar equipos

Agregar equipo

Agregar certificado de calibración

Rangos de aprobación

Guardar

Examen	Descripción	Editar	Eliminar
Optometría	Rangos de aprobación Optometría ...		
Fonoaudiología	Rangos de aprobación Grupo 1 ...		
Psicología	Rangos de aprobación Psicología ...		

Diríjase a la pestaña Administración Centro – Configurar equipos – Rango de aprobación

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Rangos de aprobación

Examen:

Rangos de aprobación Optometría	
Grupo	Criterio
AV VL AO	20/30
ÚNICO	20/25
VERTICAL	1M

Guardar

Examen	Descripción	Editar	Eliminar
Optometría	Rangos de aprobación Optometría ...		
Fonocardiología	Rangos de aprobación Grupo 1 ...		
Psicología	Rangos de aprobación Psicología ...		

A continuación, se debe establecer el rango de aprobación en el campo de texto.

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Rangos de aprobación

Examen:

Rangos de aprobación Optometría

Grupo	Prueba	Criterio
AV VL AO		20/30
ÚNICO		20/25
VERTICAL		1M

Guardar

Dar clic sobre la opción "guardar".

Examen	Descripción	Editar	Eliminar
Optometría	Rangos de aprobación Optometría ...		
Fonocardiología	Rangos de aprobación Grupo 1 ...		
Psicología	Rangos de aprobación Psicología ...		

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Rangos de aprobación

Examen:

Seleccione...

**B** *I* U [List Style Icons] Size default Font default [Font Size Icon] [Text Color Icon] [Background Color Icon] [Link Icon]

Guardar

Examen	Descripción	Editar	Eliminar
Optometría	Rangos de aprobación Optometría ...		
Fonoaudiología	Rangos de aprobación Grupo 1 ...		
Psicología	Rangos de aprobación Psicología ...		

En la tabla se pueden visualizar los rangos de aprobación que se han agregado.

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Rangos de aprobación

Examen:

Seleccione...

**B** *I* U [List Style Icons] Size default Font default [Font Color Icon] [List Style Icon] [Copy Icon] [Paste Icon] [Undo Icon] [Redo Icon]

Empty text area for content input.

Guardar

Examen	Descripción	Editar	Eliminar
Optometría	Rangos de aprobación Optometría ...		
Fonocardiología	Rangos de aprobación Grupo 1 ...		
Psicología	Rangos de aprobación Psicología ...		

Se cuenta con la opción de editar y eliminar un registro.

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

Rangos de aprobación

Examen:

Optometria

Grupo	Prueba	Criterio
AV VL AO	ÚNICO	20/30
VERTICAL	AV ÚNICO	20/25
CV VERTICAL		1M
CV HORIZONTAL		0,75
		>= 70
		>= 100

Al dar clic en editar se mostrará el detalle del examen.

Guardar

De clic en la opción guardar.

Examen	Descripción	Editar	Eliminar
Optometría	Rangos de aprobación Optometría ...		
Fonaudiología	Rangos de aprobación Grupo 1 ...		
Psicología	Rangos de aprobación Psicología ...		

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

La configuración de Rangos de aprobación se ha editado correctamente

Rangos de aprobación

Examen:

Seleccione...

Guardar

Examen	Descripción	Editar	Eliminar
Fonaudiología	Rangos de aprobación Grupo 1 ...		
Psicología	Rangos de aprobación Psicología ...		

Al guardar la edición del registro se mostrará el siguiente mensaje.



### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

¿Está seguro de eliminar la configuración?

Al seleccionar la opción de borrar en el icono 'x' aparecerá una ventana de advertencia en la cual se debe dar clic en la opción aceptar.

Rangos de aprobación

Examen: **Optometría**

Grupo	Prueba	Criterio
AV VL AO	UNICO	20/30
VERTICAL	AV UNICO	20/25
CV VERTICAL		1M
		0,75
		>= 70
		= 100

Guardar

Examen	Descripción	Editar	Eliminar
Optometría	Rangos de aprobación Optometría ...		
Fonaudiología	Rangos de aprobación Grupo 1 ...		Eliminar documento
Psicología	Rangos de aprobación Psicología ...		

### Detalle Centro 2 - Centro de pruebas - ARN

La configuración de Rangos de aprobación se ha eliminado correctamente

Al borrar el registro el aplicativo mostrará un mensaje de borrado exitoso.

#### Rangos de aprobación

Examen:

Seleccione...

#### Rangos de aprobación Optometría

Grupo Prueba	Criterio
AV VL AO	20/30
ÚNICO	20/25
VERTICAL	1M

Guardar

Examen	Descripción	Editar	Eliminar
Fonoaudiología	Rangos de aprobación Grupo 1 ...		
Psicología	Rangos de aprobación Psicología ...		